

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии

Белецкий А.В.

ОТЗЫВ

о применении аппаратов магнитоинфракрасных лазерных терапевтических «Рикта-04/4» с излучателями и комплектами оптических насадок КОН-1

В лечебной практике нашего отделения с 2004 года используются аппараты «Рикта-04/4» с излучателями и комплектами оптических насадок КОН-1. В настоящее время работают четыре аппарата.

В процессе эксплуатации аппараты продемонстрировали надежность, простоту и удобство в применении. Аппараты имеют 1-ый класс лазеробезопасности, поэтому при их использовании вредные последствия лазерного излучения на больных и медицинский персонал не наблюдались.

Удобно работать двумя излучателями одновременно. Это экономит время проведения процедуры в два раза.

По эксплуатационным качествам аппараты удобны и надежны в работе, не требуют особых условий для выполнения процедур, могут использоваться в палатах, имеют малую массу.

За все годы применения аппаратов пролечено большое количество больных.

Наибольший опыт наработан при лечении послеоперационных больных, при лечении последствий спинальных травм, дегенеративных заболеваний позвоночника, заживлении ран.

Положительные результаты лечения получены в подавляющем большинстве случаев. Отмечено уменьшение боли, явлений воспаления, отека: улучшение микрогемодинамики, заживления поврежденных тканей, рассасывания рубцов, гематом, инфильтратов, ускорение восстановления функций органов и тканей.

Лечение аппаратами «Рикта» совместимо с лекарственной терапией и другими физиотерапевтическими видами лечения.

Вывод: аппараты «Рикта-04/4» с излучателями и комплектами оптических насадок КОН-1 отвечают требованиям медицинской практики и их можно рекомендовать для дальнейшего применения в медицинской практике в лечебных учреждениях.

Зав. отделением физиотерапии

Кучерина С.В.

